



AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – II edizione

per la predisposizione di una gara d'appalto per la fornitura di arredi sanitari da destinare alle strutture sanitarie territoriali Area ex Umberto I di Ancona

OGGETTO

L'ASUR Marche – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura per la fornitura di arredi sanitari da destinare alle strutture sanitarie territoriali Area ex Umberto I di Ancona, nell'anno 2019 ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'appalto non ha ancora avuto luogo.

I progettisti, anche a seguito dell'esame dei contributi a suo tempo formulati da alcuni Operatori Economici, hanno ridefinito le specifiche tecniche di alcune categorie di arredi, ritenendo opportuno procedere ad una ulteriore apposita consultazione rispetto alle suddette caratteristiche, che si allegano al presente avviso.

La presente consultazione di mercato *ex art. 66 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.* avviene alle condizioni di cui al successivo art. 67; l'ASUR Marche invita tutti i soggetti interessati a parteciparvi, fornendo i contributi ritenuti necessari.

In generale, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione facente parte della presente consultazione.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

AVVERTENZE

La partecipazione alla presente consultazione non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'ASUR Marche e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

La presente consultazione non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli articoli 1336 e 1989 del codice civile.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura avviata e conclusa ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016.

La presente consultazione non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo l'ASUR Marche nei confronti dei soggetti interessati.

L'ASUR Marche può interrompere, sospendere o revocare la presente consultazione, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

L'ASUR Marche si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente *consultazione* per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e: “*a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza*”.

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quella allegata in bozza al presente avviso.



AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli Operatori Economici interessati a partecipare alla presente consultazione, fornendo contributi utili alla stesura del progetto tecnico di gara, dovranno far pervenire i propri contributi in forma scritta, in formato aperto/editabile.

La suddetta documentazione dovrà pervenire **entro il giorno 8 novembre 2021** a mezzo PEC all'indirizzo: asur@emarche.it. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: *“Consultazione preliminare di mercato II ed. – Gara per la fornitura di arredi sanitari per l'Area ex Umberto I di Ancona – Invio contributo”*.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti nominativi:

- Dott. Matteo Biraschi, Tel. 071.2911726 – e-mail: matteo.biraschi@sanita.marche.it
- Dott.ssa Lucia Gianni, Tel. 071.2911586 – e-mail: lucia.gianni@sanita.marche.it
- Dott.ssa Eleonora Daidone, Tel. 071.2911579 – e-mail: eleonora.daidone@sanita.marche.it

PUBBLICITÀ

Il presente avviso, unitamente alla documentazione tecnica denominata “Caratteristiche e specifiche tecniche”, è pubblicato come segue:

- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;
- Profilo del Committente, ASUR Marche, Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona, sito internet: <http://www.asur.marche.it>;
- Sito della Regione Marche: www.contrattipubblici.marche.it/BAND/;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del D.lgs. n. 101/2018, nonché del nuovo: *“Regolamento organizzativo aziendale privacy”* approvato con determina ASURDG n. 349 del 30 maggio 2018, si informa che i dati personali forniti ed acquisiti nell'ambito dello svolgimento della presente procedura di consultazione saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, unicamente in relazione alle finalità di cui alla procedura stessa.

IL DIRETTORE

AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Matteo Biraschi

TIPOLOGIA	CODICE	OGGETTO	CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE
ARREDO AMBULATORIALE	38	lettino visita B elettrico	<ul style="list-style-type: none"> -Lettino visita ad altezza variabile con basamento realizzato in materiali idonei per una facile sanificazione -Movimentazioni variabili elettricamente comandati da apposita pulsantiera -Altezza minima da terra non inferiore a cm 50 ± 2cm -Piano a due sezioni realizzati con materiali idonei per garantire una facile sanificazione -Carico di lavoro in sicurezza non inferiore a 150 kg -Portarotolo
ARREDO AMBULATORIALE	39	poltrona infusione	<ul style="list-style-type: none"> -Poltrona specialistica su ruote, completa di poggiatesta, realizzata con materiali idonei per una facile sanificazione -Movimentazioni variabili elettricamente comandati da apposita pulsantiera -Trend-antitrendelemburg -Imbottiture ergonomiche e di elevato spessore -Piano di coricamento disegnato espressamente per garantire il massimo confort ai pazienti anche in caso di terapie di lunga durata -Ampi braccioli imbottiti regolabili orizzontalmente e verticalmente -Poggiapiedi imbottito regolabile -Altezza variabile della seduta per facilitare la seduta del paziente -Possibilità di configurare la poltrona con freno centralizzato con bloccaggio totale e direzionale -Asta portaflebo -Portarotolo
ARREDO AMBULATORIALE	40	lettino visita ginecologico	<ul style="list-style-type: none"> -Lettino visita ad altezza variabile realizzato con materiali idonei per una facile sanificazione -Movimentazioni variabili elettricamente comandati da apposita pulsantiera/console -Trend-antitrendelemburg -Carico di lavoro sicuro non inferiore a 150 kg -Regolazione inclinazione schienale elettrica <p>Accessori di minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bacinella portaferris estraibile realizzata in acciaio inox -coppia reggicoste -porta rotolo.
ARREDO AMBULATORIALE	41	poltrona otorino	<ul style="list-style-type: none"> -Poltrona per applicazioni di ORL dotata di braccioli e poggiatesta articolato, con possibilità di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza -Struttura a 3 sezioni; -Sezione gambe dotata di apposito poggiapiedi reclinabile; -Movimentazione elettrica sia per il sollevamento verticale che per la reclinazione di schienale e gambale; -Trend/antitrendelemburg -Poltrona girevole per 360°, con debito sistema di bloccaggio/sbloccaggio manuale; -Carico di lavoro sicuro non inferiore a 130 kg
ARREDO DEGENZE	53	letto degenza 4 sezioni per residenze sanitarie	<p>I letti degenza, realizzati con materiali idonei per una facile sanificazione, dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano rete a 4 sezioni e 3 snodi - Regolazioni delle movimentazioni elettriche, per operatore e paziente, dotati entrambi di sistemi di blocco o di esclusione finalizzati a prevenire le movimentazioni accidentali. - Altezza minima del piano rete non superiore a 30cm; - Carico di lavoro in sicurezza non inferiore a 200 kg; - Posizioni trendelenburg ed antitrendelenburg attuabili elettricamente - Ingombro massimo in larghezza tale da permettere l'entrata e uscita dalla stanza attraverso una porta con larghezza utile pari a 100 cm (vincoli strutturali non modificabili) - Schienale dotato di sistema di abbattimento rapido per procedure d'emergenza (RCP) bilaterale - Telecomando di gestione in grado di azionare tutte le movimentazioni del letto (alto/basso; trend; spezzature sezioni, etc.) - Semisponde regolabili in altezza e ad abbattimento verticale; - Distanza tra le semisponde inferiore a 10 cm; - Altezza delle semisponde in massima estensione idonea a garantire la sicurezza del paziente in qualsiasi configurazione e posizione del piano; - Ruote con diametro non inferiore a 150 mm, antistatiche, con bloccaggio centralizzato e moto direzionale - Presenza di testata e pediera; - Alloggiamento lato testa asta porta-flebo solidale alla struttura del letto realizzato con materiali idonei per una facile sanificazione <p>Accessori di minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barre porta accessori da applicare su ambo i lati del letto, con relativi ganci porta drenaggi e sacche urine - Asta porta flebo a 4 ganci in acciaio - Asta solleva pazienti con cinghia e trapezio - n.10 teli tubolari ad alto scorrimento, dotato di maniglie, per trasferimento paziente