

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

per la predisposizione di una gara d'appalto per la fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale per le necessità ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Ancona, dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" e dell'Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani – INRCA di Ancona

OGGETTO:

L'ASUR Marche – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura per la fornitura, mediante Accordi Quadro conclusi con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice, senza riapertura del confronto competitivo, di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale per le necessità ospedaliere e territoriali degli Enti del SSR Marche, intende avvalersi della consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La "consultazione" avviene alle condizioni di cui al successivo art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'ASUR Marche invita, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari.

In generale, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione facente parte della presente "consultazione".

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

AVVERTENZE

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'ASUR Marche e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso.

La presente "consultazione" non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli articoli 1336 e 1989 del codice civile.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura avviata e conclusa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo l'ASUR Marche nei confronti dei soggetti interessati.

L'ASUR Marche può interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

L'ASUR Marche si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quella allegata in bozza al presente avviso.

I contributi dovranno pervenire esclusivamente in formato aperto/editabile.

I contributi devono pervenire entro il **26/11/2019** a mezzo PEC all'indirizzo: asur@emarche.it. La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato - Gara per la fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale per gli Enti del SSR Marche – Invio contributo”.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti nominativi:

- Dott. Matteo Biraschi, Tel. 0712911726 – e-mail: matteo.biraschi@sanita.marche.it
- Dott.ssa Cristina Galeazzi, Tel. 0712911570 - e-mail: cristina.galeazzi@sanita.marche.it
- Dott.ssa Elena Angeloni, Tel. 0712911726 – e-mail: elena.angeloni@sanita.marche.it

PUBBLICITA'

Il presente avviso, unitamente alla documentazione denominata Capitolato tecnico e relativo allegato, è pubblicato come segue:

- Gazzetta Ufficiale della Unione Europea
- Profilo del committente, ASUR Marche, via Oberdan 2, 60122 Ancona, sito internet: <http://www.asur.marche.it>
- Sito della Regione Marche: www.contrattipubblici.marche.it/BAND/
- Sito informatico www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e trasporti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 nonché del nuovo “Regolamento organizzativo aziendale privacy” approvato con determina Asur DG n.349 del 30 maggio 2018, si informa che i dati personali forniti ed acquisiti nell'ambito del presente avviso, sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche unicamente correlate alle finalità dell'avviso stesso.

Area Dipartimentale Acquisti e Logistica

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Matteo Biraschi



AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

CAPITOLATO TECNICO

APPALTO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER STOMIE E AUSILI PER INCONTINENZA URINARIA E FECALE PER LE NECESSITÀ OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI ANCONA, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" E DELL'ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA ANZIANI

PROGETTISTI

Dott. Giovanna Faccenda

Dott.ssa Denise Feliciani

Dott. Costantino Galasso

Dott.ssa Romina Raffaelli

Dott.ssa Elisabetta Magini

Dott.ssa Sabrina Guglielmi

Dott. Massimo Di Muzio

Sommario

1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
1.1.	CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
1.2.	DESCRIZIONE SINTETICA.....	3
1.3.	DETTAGLIO DELLE FORNITURE E QUANTITATIVI.....	4
1.4.	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	9
1.4.1.	CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA.....	9
1.4.2.	REQUISITI ESSENZIALI.....	10
1.5.	DURATA DELLA FORNITURA.....	10
2.	MODALITA' DI VALUTAZIONE.....	11
2.1.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	11
2.2.	CAMPIONATURA.....	11
3.	MODALITÀ DI ESECUZIONE FORNITURA.....	12
3.1.	ATTIVITA' COMPLEMENTARI / ACCESSORIE.....	12
3.2.	MODALITA' DI ESECUZIONE.....	12
3.2.1.	MODALITA' DI CONSEGNA E DISTRIBUZIONE.....	12
3.2.2.	VERIFICHE DELLA FORNITURA E MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI....	13
3.3.	VERIFICHE, LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	14

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura, suddivisa in lotti, di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale, per le esigenze in ambito ospedaliero e domiciliare degli Enti del SSR della Regione Marche, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"), dall'ASUR Marche - Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, sulla base delle funzioni alla stessa attribuite con DGR n. 1119 del 06/08/2018.

Nella definizione dell'impianto di gara particolare attenzione è stata riposta, dal gruppo di progettazione, all'obiettivo di garantire agli assistiti interessati dalla suddetta procedura una migliore qualità della vita, riconoscendo e tutelando il diritto alla *"possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche necessità e assicurano la funzione di rieducazione specifica"*, come anche previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017, allegato 11, art. 4.

In tale contesto, la presente procedura prevede, per ciascun lotto posto a base di gara, la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice, senza riapertura del confronto competitivo.

In particolare l'aggiudicazione sarà disposta, per ciascuno dei lotti oggetto della presente fornitura, in favore di tutti gli operatori economici che proporranno un'offerta inferiore alla rispettiva base d'asta per prodotti rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste nel presente capitolato, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, poiché trattasi di prodotti le cui caratteristiche sono definite e standardizzate dal nomenclatore tariffario di cui al DM 332/99.

Pertanto, ai fini della presente procedura, la Stazione Appaltante stipulerà, con ciascuno dei suddetti operatori, un Accordo Quadro senza percentuali di fornitura. In particolare, ai fini dell'adesione e dell'utilizzo, da parte delle Amministrazioni Contraenti, degli Accordi che verranno successivamente stipulati, si precisa che l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avverrà sulla base della decisione motivata di ciascuno specialista, in relazione alle specifiche esigenze dei pazienti aventi diritto, in modo di garantire agli assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle specifiche esigenze del paziente e in grado di assicurare in maniera efficace la funzione di riabilitazione specifica.

Tale obiettivo sarà garantito assicurando agli assistiti la disponibilità di una pluralità di prodotti, anche per medesima tipologia di dispositivo, tra i quali effettuare la scelta del dispositivo più adeguato alle specifiche esigenze.

Si precisa infine che la presente procedura, essendo condotta tramite piattaforma telematica, genererà una graduatoria decrescente delle offerte, in ragione del minor prezzo offerto da ciascun concorrente. **Si precisa tuttavia che la graduatoria che sarà generata dal sistema è dovuta solamente alle modalità di funzionamento della piattaforma telematica ASUR Marche e non influenzerà in alcun modo la scelta che sarà operata dal medico prescrittore in ragione delle esigenze cliniche riscontrate sul paziente.**

1.2. DESCRIZIONE SINTETICA

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale individuati dal Nomenclatore Tariffario (DM 332/1999) e aggiornati con DPCM del 12 gennaio 2017, come indicati nelle DGR n. 1119 del 06/08/2018 e n.732 del 24/06/2019 e di seguito riepilogati.

1.3. DETTAGLIO DELLE FORNITURE E QUANTITATIVI

LOTTO	DESCRIZIONE	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE CND
09.18.04 SACCA PER STOMIA A UN PEZZO A FONDO CHIUSO			
1	SISTEMA MONOPEZZO PER COLOSTOMIA	09.18.04.003	A100101
2	SISTEMA MONOPEZZO PER COLOSTOMIA CONVESSO	09.18.04.006	A100101
09.18.05 SACCHE PER STOMIA, A PIU' PEZZI, A FONDO CHIUSO			
3	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER COLOSTOMIA - PLACCA PIANA	09.18.05.003	A10020101
4	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER COLOSTOMIA - SACCA	09.18.05.003 -	A100202
5	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER COLOSTOMIA - PLACCA CONVESSA	09.18.05.006	A10020101
6	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO - SACCA	09.18.05.006	A100202/03
09.18.07 SACCHE PER STOMIA, A UN PEZZO, A FONDO APERTO CON VALVOLA ANTI REFLUSSO			
7	SISTEMA MONOPEZZO A FONDO APERTO DA ILEOSTOMIA	09.18.07.003	A100101/02/03
8	SISTEMA MONOPEZZO PIANO FONDO APERTO DA ILEOSTOMIA	09.18.07.003	A100203
9	SISTEMA MONOPEZZO A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIE INTROFLESSE	09.18.07.009	A100102
10	SISTEMA MONOPEZZO A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIE INTROFLESSE	09.18.07.009	A100102
11	SISTEMA MONOPEZZO PER UROSTOMIA	09.18.07.006	A100103
12	SISTEMA MONOPEZZO PER UROSTOMIA INTROFLESSA	09.18.07.012	A100103
09.18.08 SACCHE PER STOMIA A PIU' PEZZI A FONDO APERTO CON VALVOLA ANTIREFLUSSO			

Azienda Sanitaria Unica Regionale
 Capitolato tecnico per appalto fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale
Consultazione preliminare di mercato

LOTTO	DESCRIZIONE	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE CND
13	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - PLACCA PIANA	09.18.08.003	A100202/ A100203
14	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - SACCA A FONDO APERTO	09.18.08.003	A100202/ A100203
15	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - SACCA A FONDO APERTO	09.18.08.003	A100202/ A100203
16	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - PLACCA PIANA	09.18.08.006	A10020103
17	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - SACCA	09.18.08.006	A100204
18	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - PLACCA CONVESSA	09.18.08.009	A100203
19	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - SACCA A FONDO APERTO per ILEOSTOMIE INTROFLESSE	09.18.08.009	A100203
20	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - SACCA A FONDO APERTO per ILEOSTOMIE INTROFLESSE	09.18.08.009	A100203
21	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - PLACCA CONVESSA	09.18.08.012	A1002010302
22	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - SACCA	09.18.08.012	A100204
09.18.24 AUSILI PER L'IRRIGAZIONE DELL'INTESTINO			
23	SISTEMI PER IRRIGAZIONE	09.18.24.003	A10030
24	SISTEMI PER IRRIGAZIONE	09.18.24.006	A100301
25	SACCA DI SCARICO	09.18.24.009	A100302
26	TAPPO PER STOMIA	09.18.24.012	A100104/ A100205
27	MINISACCA PER STOMIA	09.18.24.015	A10 VARI
09.18.30 PROTETTORI DELLO STOMA E CUTE PERISTOMIALE			
28	PASTA O POMATA PROTETTIVA	09.18.30.003	A1080

Azienda Sanitaria Unica Regionale
 Capitolato tecnico per appalto fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale
Consultazione preliminare di mercato

LOTTO	DESCRIZIONE	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE CND
29	POLVERE PROTETTIVA	09.18.30.006	A1080
30	SALVIETTE PER DETERSIONE	09.18.30.009	A1080
31	FILM PROTETTIVO	09.18.30.009	A1080
32	PASTA SOLIDIFICATA	09.18.30.012	A1080
33	PASTA SOLIDIFICATA	09.18.30.012	A1080
09.27. CONVOGLIATORI URINARI			
34	SACCA URINA DA GAMBA MONOUSO	09.27.04.003	A06030301
35	SACCA URINA DA GAMBA RIUTILIZZABILE	09.27.05.006	A06030301
36	SACCA URINA DA LETTO MONOUSO A FONDO CHIUSO	09.27.04.006	A06030301
37	SACCA URINA DA LETTO RIUTILIZZABILE	09.27.05.003	A06030301
38	SACCA URINA CIRCUITO CHIUSO	09.27.05.003	A06030301
09.24.03 CATETERI VESCICALI A PERMANENZA (O Autostatici)			
39	CATETERE A PERMANENZA TIPO FOLEY a due vie con scanalature	09.24.03.003	U010201
40	CATETERE A PERMANENZA TIPO FOLEY IN PURO SILICONE 100% preconnesso a SACCA CIRCUITO CHIUSO	09.24.03.003	U0199
41	CATETERE A PERMANENZA FOLEY a due vie senza scanalature	09.24.03.006	U010201
42	CATETERE A PERMANENZA tipo FOLEY a due vie SENZA SCANALATURE (stratificato di silicone)	09.24.03.006	U010201
09.24.06 CATETERI VESCICALI A INTERMITTENZA			
43	CATETERE IN PVC con punta Nelaton	09.24.06.006	U01010501/ U01010502
44	CATETERE IN PVC con punta Tieman	09.24.06.009	U01010501/ U01010601
45	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE A BASE DI GEL	09.24.06.103	U01010501/ U01010502
46	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO	09.24.06.203	U01010501/ U01010601
47	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO IN PVP O ANALOGO MATERIALE (PRONTO ALL'USO)	09.24.06.303	U01010501

Azienda Sanitaria Unica Regionale
 Capitolato tecnico per appalto fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale
Consultazione preliminare di mercato

LOTTO	DESCRIZIONE	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE CND
48	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE A BASE DI GEL CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	09.24.06.403	U01010501
49	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	09.24.06.503	U01010501
50	LUBRIFICANTE PER CATETERISMO	09.21.18.003	U0780
51	CATETERE / TUTORE PER URETEROCUTANEOSTOMIA	09.24.06.603	U0780
52	GUAINA IN MATERIALE IPOALLERGENICO	09.24.21.003	U070201
MONOPEZZO COLOSTOMIA - ILEOSTOMIA - UROSTOMIA PEDIATRICO			
53	SISTEMA MONOPEZZO DA COLOSTOMIA PEDIATRICO	09.18.04.003	A100101
54	SISTEMA MONOPEZZO DA ILEOSTOMIA PEDIATRICO	09.18.07.003	A100101/02/03
55	SISTEMA MONOPEZZO DA UROSTOMIA PEDIATRICO	09.18.07.006	A100103
56	TAMPONE ANALE AD ESPANSIONE	09.31.06.003	G99
57	IRRIGATORE ANALE di tipo elettronico : SET COMPLETO	09.31.06.003	Z120785
58	IRRIGATORE ANALE : CATETERI MONOUSO	09.31.06.009	G020199
59	SET DI TUBI PER IRRIGATORE ANALE		G020199
60	SET DI ACCESSORI DI RICAMBIO		Z120785
61	IRRIGATORE ANALE : SET COMPLETO	09.31.06.003	Z120785
62	IRRIGATORE ANALE : CATETERI MONOUSO	09.31.06.009	G020199
63	SET DI ACCESSORI DI RICAMBIO		Z120785
PRESIDI NON COMPRESI NEL NOMENCLATORE			
64	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE NON STERILE	09.18.07.006	A100199
65	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI	09.18.07.006	A100199
	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI	09.18.07.006	A100199
	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI	09.18.07.006	A100199
SISTEMA POST OPERATORIO			

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Capitolato tecnico per appalto fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale
Consultazione preliminare di mercato

LOTTO	DESCRIZIONE	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE CND
66	SISTEMA DUE PEZZI POST OPERATORIO -PLACCA		A1099
67	SISTEMA DUE PEZZI POST OPERATORIO -SACCA		A100299
68	SET/KIT POST OPERATORIO STERILE		A1099
69	SACCA MAXI PER ILEO + COLOSTOMIA		A1001
70	SACCA MONOPEZZO POST OPERATORIO STERILE		A100199
71	SACCA MONOPEZZO POST OPERATORIO NON STERILE		A100199
72	BACCHETTE PER STOMIA		A1080

1.4. CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, all'immissione in commercio e all'uso; tale conformità dovrà sussistere sia all'atto dell'offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare tutti i prodotti offerti devono essere provvisti di marchio CE e gli stessi, il loro confezionamento ed etichettatura devono essere conformi, pena l'esclusione della gara, ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i. e nella Direttiva 2007/47/CEE recepita con D.Lgs. 37/2010 e s.m.i..

I dispositivi dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme EN ISO relative alla sterilizzazione dei dispositivi medici e dovranno rispettare la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Tutti i dispositivi medici offerti dovranno essere corredati dalla documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.

Le ditte aggiudicatrici saranno tenute inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante la durata dell'appalto da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

Tutti i prodotti dovranno avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.

1.4.1. CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA

Per tutto ciò che concerne il confezionamento primario e secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di Prodotto offerto, il Fornitore dovrà garantire:

- a) la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;
- b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.

I prodotti offerti devono essere imballati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante il trasporto. Il confezionamento primario e quello secondario (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per agevolare il trasporto), nonché l'imballaggio devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

All'atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Amministrazione contraente e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi.

Sul confezionamento primario o secondario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto - necessarie anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione - le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, la data di scadenza. Il materiale di confezionamento deve inoltre essere tale da garantire il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso e l'eventuale sterilità.

L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

L'etichettatura deve contenere, così come previsto al punto 13.3 dell'Allegato I del D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i., le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità;
- b) se del caso, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione;
- c) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
- d) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- e) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
- f) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
- g) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
- h) avvertenze e/o precauzioni da prendere.

Si precisa che tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 46/1997 e s.m.i., devono essere in lingua italiana.

1.4.2. REQUISITI ESSENZIALI

Nell'Allegato 1 al presente Capitolato sono riportate le caratteristiche minime essenziali dei dispositivi richiesti.

I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per singolo lotto, specificate nel suddetto allegato al presente capitolato.

1.5. DURATA DELLA FORNITURA

Ciascun Accordo Quadro relativo ai diversi lotti avrà una durata di 4 (quattro) anni a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula.

Entro la vigenza dell'Accordo Quadro ciascuna Area Vasta e/o altro Ente del Servizio Sanitario Regionale coinvolto (AOUOR, AOMN, INRCA) potrà aderire all'Accordo Quadro emettendo singoli Ordinatori di fornitura, entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, fino all'esaurimento degli importi massimi contrattuali in essi stabiliti.

2. MODALITA' DI VALUTAZIONE

2.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata per **singolo Lotto intero** in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate e definite dal nomenclatore tariffario di cui al DM 332/99.

2.2. CAMPIONATURA

Non è prevista la presentazione di campionatura.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE FORNITURA

3.1. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI / ACCESSORIE

Le ditte idonee inoltre sono tenute a:

1. effettuare attività di informazione al personale medico e paramedico coinvolto nell'utilizzo degli ausili presso i presidi ospedalieri e gli ambulatori infermieristici di stomaterapia per fornire tutte le indicazioni per un uso corretto ed efficace degli ausili stessi, sia in relazione alla appropriatezza d'uso, sia ai criteri di efficienza/efficacia;
2. fornire un adeguato servizio di gestione, assistenza post-vendita e di supporto tecnico all'utilizzo del dispositivo;
3. garantire un servizio di raccolta suggerimenti/reclami in caso di problemi eventualmente riscontrati;
4. garantire la disponibilità di forniture gratuite per tutta la durata dell'appalto.

In ordine al punto 4), al fine di agevolare e ottimizzare le tempistiche per l'individuazione dell'ausilio più adatto alle esigenze dell'assistito, ciascun centro prescrittore potrà riservarsi la possibilità di chiedere, a ciascuna ditta aggiudicataria, la fornitura gratuita, per ciascun ausilio offerto, di un numero massimo di n.5 pezzi per ciascun paziente nuovo o temporaneo, stimando per ogni centro prescrittore un numero massimo di 15/20 pazienti al mese.

Le ditte si impegnano inoltre a fornire alla Stazione appaltante e alle Amministrazioni Contraenti alcuni dati, a fini reportistici, relativi agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione, secondo le modalità indicate nello schema di Accordo quadro.

3.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE

3.2.1. MODALITÀ DI CONSEGNA E DISTRIBUZIONE

Le modalità di consegna e distribuzione presso le Amministrazioni Contraenti avverranno secondo le modalità di seguito indicate:

A) Fabbisogno ospedaliero

Le forniture potranno avvenire, a scelta delle amministrazioni Contraenti, o nella modalità del conto deposito o nella modalità della somministrazione.

In ordine alle modalità operative si rimanda alle indicazioni di dettaglio contenute negli Schemi di Accordo Quadro.

B) Fabbisogno territoriale – Distribuzione per conto

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1119 del 6 agosto 2018 la Regione Marche ha esteso la Distribuzione per Conto - D.P.C. agli ausili per stomie e per l'incontinenza urinaria e fecale.

Pertanto secondo quanto disposto dalla suddetta delibera, gli ausili oggetto della presente della procedura saranno:

- a) acquistati dal gestore della logistica, che ne curerà la distribuzione e la consegna giornaliera alle farmacie convenzionate con la Regione Marche, a fronte di un corrispettivo in favore del medesimo per l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di affidamento;

- b) distribuiti agli assistiti dalle suddette farmacie convenzionate, a fronte di una remunerazione in favore delle medesime stabilita convenzionalmente tra Regione Marche e le OO.SS. maggiormente rappresentative delle farmacie.

E' in carico presso l'ASUR la procedura pubblica per l'individuazione dell'operatore economico responsabile del servizio della logistica.

3.2.2. VERIFICHE DELLA FORNITURA E MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

I prodotti forniti devono essere esattamente quelli offerti. Non verranno accettati prodotti diversi da quelli offerti.

Ciascuna Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, anche successivamente al ricevimento della merce o in sede di utilizzo, tutti i controlli necessari per verificare la qualità, la corrispondenza ai requisiti contrattuali, le scadenze delle singole partite dei prodotti consegnati.

Ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque la non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata e quindi respinta alla Ditta, che dovrà sostituirla con altra delle qualità prescritta entro 5 giorni lavorativi, ovvero entro 48 ore in caso di urgenza, dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordandone con l'Amministrazione Contraente le relative modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 3.3.

In caso di dissenso tra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, le Amministrazioni Contraenti si riservano di far periziare la merce da un istituto di fiducia, ponendo le spese di perizia a carico della Ditta.

Decorsi inutilmente 5 giorni lavorativi dal termine per la sostituzione dei prodotti di cui al precedente periodo, le Amministrazioni Contraenti si riservano di provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta l'eventuale maggiore spesa.

I prodotti rifiutati o contestati rimarranno a disposizione della Ditta che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione. In caso di mancato ritiro dei prodotti entro i suddetti termini ciascuna Amministrazione potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla Ditta medesima. In tale caso, il costo dell'addebito sarà aggravato da una percentuale pari al 10% del costo dello smaltimento, a copertura delle spese generali aziendali. In ogni caso la Ditta non potrà pretendere alcun compenso o risarcimento per il deterioramento che gli stessi dovessero subire durante il deposito.

In sede di liquidazione delle fatture, verrà tenuto conto esclusivamente dei quantitativi riscontrati all'atto della ricezione della merce da parte del personale del magazzino di ciascuna Amministrazione Contraente.

In tutti i casi, qualora la Ditta, nel corso del rapporto contrattuale, non fosse in grado di eseguire gli ordini conferiti nei quantitativi, nelle qualità e nei termini di consegna sopra richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna sia successivamente nelle modalità sopra indicate, sarà facoltà di ciascuna Amministrazione Contraente provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre ditte di propria fiducia, a libero mercato,

addebitando alla Ditta inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbe sostenuto se le forniture fossero state eseguite regolarmente a termini dell'appalto.

a) Indisponibilità del prodotto, fuori produzione ed evoluzione tecnica

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, ciascuna Ditta dovrà darne comunicazione alle Amministrazioni Contraenti sia a mezzo PEC sia mediante comunicazione e-mail al singolo punto ordinante, tempestivamente e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura, indicando il periodo di indisponibilità e l'eventuale causa.

In caso di indisponibilità, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto presso altra ditta attingendo all'elenco di ditte idonee o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato.

Qualora, durante il periodo di validità dell'Accordo, la Ditta non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, può proporre alle Amministrazioni Contraenti la sostituzione degli stessi con prodotti nuovi immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori alle medesime condizioni economiche, facendo pervenire la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, la Ditta sarà autorizzata ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

A tale fine, la Ditta si impegna a trasmettere, a mezzo PEC, all'Amministrazione contraente, una proposta di sostituzione contenente:

- a) pena la risoluzione del contratto, il prodotto nuovo proposto in sostituzione di quello offerto in gara, avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, allegando la relativa scheda tecnica, eventuali dépliant o campionatura;
- b) eventuale data della "messa fuori produzione" del prodotto, con un preavviso di almeno 60 giorni lavorativi.

Le Amministrazioni contraenti procederanno all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, volta a verificare anche la non sovrapposizione con altri lotti in gara o altri contratti in essere. Dell'esito di istruttoria condivisa in apposito tavolo tecnico, sarà data comunicazione alla Ditta. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ASUR e/o delle Amministrazioni Contraenti alla risoluzione dell'Accordo, anche solo in parte, laddove la Ditta non sia più in grado di garantire alle Amministrazioni la disponibilità del prodotto del quale si richiede la sostituzione.

3.3. VERIFICHE, LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Ciascuna Ditta è tenuta all'adempimento delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico e nella documentazione contrattuale.

Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente, o il gestore della logistica, nel caso di DPC, accerti un disservizio nell'esecuzione delle suddette prestazioni, saranno applicate le penali come di seguito descritte:

- nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti rispetto a quanto indicato al par. 3.2.1, lett. A), intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui la Ditta non provveda alla consegna nel giorno pattuito, l'Amministrazione si riserva di applicare per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,3 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la medesima penale sarà calcolata decorsi gli ulteriori 7 (sette) gg. lavorativi previsti per consentire il saldo dell'ordine.
- nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti rispetto a quanto indicato nel par. 3.2.2, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui la Ditta non provveda alla sostituzione entro i termini stabiliti, l'Amministrazione si riserva di applicare per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,3 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- nel caso di consegna di prodotto fornito con scadenza inferiore ai 2/3 della validità complessiva, non accettato dall'Amministrazione contraente o dal gestore della logistica, la stessa si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore dell'ordine emesso.

In ogni caso di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, non imputabile ad ASUR o all'Amministrazione Contraente o dal gestore della logistica ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, è applicata una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni inadempienza, elevabile ad € 500 (euro cinquecento/00) in caso di recidiva, con la sola formalità della contestazione degli addebiti mediante PEC. Ai fini del presente articolo, è considerato inadempimento ai livelli di servizio, a titolo esemplificativo, il mancato rispetto dei termini per la comunicazione della temporanea indisponibilità dei prodotti come indicato al par. 3.2.2, lett.a).

L'Ente Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MAX EROGABILE
09.18.04 SACCA PER STOMIA A UN PEZZO A FONDO CHIUSO						
1	09.18.04.003	A100101	SISTEMA MONOPEZZO PER COLOSTOMIA	Sistema monopezzo da colostomia piano barriera pretagliata/ ritagliata o modellabile	SACCA AD UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) supporto adesivo microporoso e ipoallergenico; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente.	60
2	09.18.04.006	A100101	SISTEMA MONOPEZZO PER COLOSTOMIA CONVESSO	Sistema monopezzo da colostomia a fondo chiuso per stomi introflessi (stoma a filo, retratto, situato in una piega cutanea o in una cicatrice)piano barriera pretagliata/ ritagliata o modellabile	SACCA AD UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) supporto adesivo microporoso e ipoallergenico; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente.	60
09.18.05 SACCHE PER STOMIA, A PIU' PEZZI, A FONDO CHIUSO						
3	09.18.05.003	A10020101	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER COLOSTOMIA - PLACCA PIANA	PLACCA ADESIVA CON FLANGIA PER COLOSTOMIA pretagliata ritagliabile o medellabile	PLACCA PIANA (SISTEMA PER COLOSTOMIA) <u>Barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico.</u> La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio meccanico (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito.	20
4	09.18.05.003 -	A100202	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER COLOSTOMIA - SACCA	SACCA A FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA per PLACCA PIANA	SACCA A FONDO CHIUSO (SISTEMA PER COLOSTOMIA) per placca piana o convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La sacca deve essere dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura.	60
5	09.18.05.006	A10020101	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER COLOSTOMIA - PLACCA CONVESSA	PLACCA CON FLANGIA A CONVESSITÀ INTEGRALE PER COLOSTOMIA pretagliata ritagliabile o medellabile	PLACCA CONVESSA (SISTEMA PER COLOSTOMIA) <u>Barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico.</u> La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere a convessità integrale per stomi irregolari. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio meccanico (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito.	20
6	09.18.05.006	A100202/03	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO - SACCA	SACCA A FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA per STOMI INTROFLESSI	SACCA A FONDO CHIUSO (SISTEMA PER COLOSTOMIA) per placca piana o convessa. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La sacca deve essere dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura.	60
09.18.07 SACCHE PER STOMIA, A UN PEZZO, A FONDO APERTO CON VALVOLA ANTI REFLUSSO						
7	09.18.07.003	A100101/02/03	SISTEMA MONOPEZZO A FONDO APERTO DA ILEOSTOMIA	SACCA MONOPEZZO DA ILEOSTOMIA PIANO piano barriera pretagliata , ritagliabile o modellabile con chiusura tipo morsetto	SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata ritagliabile o modellabile.	90

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MAX EROGABILE
8	09.18.07.003	A100203	SISTEMA MONOPEZZO PIANO FONDO APERTO DA ILEOSTOMIA	SACCA MONOPEZZO DA ILEOSTOMIA PIANO piano barriera pretagliata , ritagliabile o modellabile con chiusura a velcro o analoga	SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata ritagliabile o modellabile.	90
9	09.18.07.009	A100102	SISTEMA MONOPEZZO A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIE INTROFLESSE	SACCA MONOPEZZO A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA INTROFLESSE CON piano barriera pretagliata , ritagliabile o modellabile con chiusura tipo morsetto	SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata ritagliabile o modellabile.	90
10	09.18.07.009	A100102	SISTEMA MONOPEZZO A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIE INTROFLESSE	SISTEMA MONOPEZZO A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA INTROFLESSE CON piano barriera pretagliata , ritagliabile o modellabile con chiusura a velcro o analoga	SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Barriera protettiva autoportante pretagliata-La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata ritagliabile o modellabile.	90
11	09.18.07.006	A100103	SISTEMA MONOPEZZO PER UROSTOMIA	SACCA MONOPEZZO PER UROSTOMIA PIANO con piano barriera pretagliata ritagliata o modellabile	SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio cintura; sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). <u>La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.</u>	30
12	09.18.07.012	A100103	SISTEMA MONOPEZZO PER UROSTOMIA INTROFLESSA	SACCA MONOPEZZO PER UROSTOMIA INTROFLESSA CON BARRIERA protettiva autoportante pretagliata o ritagliabile o modellabile.	SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio cintura a convessità integrale ; sullato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). <u>La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.</u>	30
09.18.08 SACCHE PER STOMIA A PIU' PEZZI A FONDO APERTO CON VALVOLA ANTIREFLUSSO						
13	09.18.08.003	A100202/ A100203	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - PLACCA PIANA	PLACCA PIANA ADESIVA CON FLANGIA PER ILEOSTOMIA	PLACCA PIANA (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) <u>Barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico.</u> La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio meccanico (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito.	20

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MAX EROGABILE
14	09.18.08.003	A100202/ A100203	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - SACCA A FONDO APERTO	SACCA A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA con chiusura tipo morsetto	SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) che si attacca ad una placca piana dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo.	90
15	09.18.08.003	A100202/ A100203	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - SACCA A FONDO APERTO	SACCA A FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA con chiusura a velcro o analoga	SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) che si attacca ad una placca piana dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo.	90
16	09.18.08.006	A10020103	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - PLACCA PIANA	PLACCA PIANA ADESIVA CON FLANGIA PER UROSTOMIA pretagliata, ritagliabile o modellabile	PLACCA PIANA (SISTEMA PER UROSTOMIA) <u>Barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico.</u> La placca può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio meccanico (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito.	20
17	09.18.08.006	A100204	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - SACCA	SACCA A FONDO APERTO PER UROSTOMIA	SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER UROSTOMIA) che si attacca ad una placca PIANA Sacca opaca o trasparente in materiale ipoallergenico. Sul lato corpo, rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera), con o senza aggancio per cintura. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.	30
18	09.18.08.009	A100203	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA - PLACCA CONVESSA	PLACCA ADESIVA CON FLANGIA A CONVESSITA' INTEGRALI PER ILEOSTOMIE INTROFLESSE pretagliata, ritagliabile o modellabile	PLACCA CONVESSA (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) <u>Barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico.</u> La placca a convessità integrale per stomi introflessi può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. La placca deve essere a convessità integrale per stomi irregolari . La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio meccanico (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito.	20
19	09.18.08.009	A100203	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA -SACCA A FONDO APERTO per ILEOSTOMIE INTROFLESSE	SACCA FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA con sistema di chiusura a morsetto	SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) che si attacca ad una placca CONVESSA dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo.	90
20	09.18.08.009	A100203	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER ILEOSTOMIA -SACCA A FONDO APERTO per ILEOSTOMIE INTROFLESSE	SACCA FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA con sistema di chiusura a velcro o analogo	SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER ILEOSTOMIA) che si attacca ad una placca CONVESSA dotata di un filtro antiodore, sul lato corpo rivestimento antitraspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, con o senza aggancio per cintura. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sgancio/aggancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo.	90

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MAX EROGABILE
21	09.18.08.012	A1002010302	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - PLACCA CONVESSA	PLACCA PIANA ADESIVA CON FLANGIA A CONVESSITA' INTEGRALI PER UROSTOMIA INTROFLESSE pretagliata, ritagliabile o modellabile	PLACCA CONVESSA (SISTEMA PER UROSTOMIA) <u>Barriera protettiva autoportante in idrocolloide o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico.</u> La placca a convessità integrale per stomi introflessi può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile secondo le esigenze dell'assistito. L'adattabilità placca-sacca deve consentire un facile e sicuro aggancio/sgancio e garantire la perfetta tenuta per tutta la durata dell'utilizzo. A convessità integrale per stomi irregolari. La placca deve essere dotata di aggancio adesivo o di aggancio meccanico (con o senza guida o invito per il corretto posizionamento della sacca di raccolta) atto a garantire un miglior confort di utilizzo. SUPPORTO ADESIVO O IDROCOLLOIDALE ipoallergenico a contatto con l'epidermide dell'assistito.	20
22	09.18.08.012	A100204	SISTEMA DUE PEZZI INTEGRATO PER UROSTOMIA - SACCA	SACCA A FONDO APERTO PER UROSTOMIE INTROFLESSE	SACCA A FONDO APERTO (SISTEMA PER UROSTOMIA) che si attacca ad una placca CONVESSA Sacca opaca o trasparente in materiale ipoallergenico. Sul lato corpo, rivestimento antitranspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera), con o senza aggancio per cintura. La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccogliitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite.	30
09.18.24 AUSILI PER L'IRRIGAZIONE DELL'INTESTINO						
23	09.18.24.003	A10030	SISTEMI PER IRRIGAZIONE	SISTEMA DA IRRIGAZIONE COMPLETO	Set da irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, con o senza controllo della temperatura, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume, cintura di fissaggio cono senza placca e sacche di scarico.	1 PEZZO OGNI 6 MESI
24	09.18.24.006	A100301	SISTEMI PER IRRIGAZIONE	IRRIGATORE SEMPLICE	Set da irrigazione composto da: borsa graduata per l'acqua, con o senza controllo della temperatura, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione del volume.	1 PEZZO OGNI 6 MESI
25	09.18.24.009	A100302	SACCA DI SCARICO	SACCA DI SCARICO	Sacca di scarico trasparente, a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesiva o flangia.	30 OGNI 2 MESI
26	09.18.24.012	A100104/ A100205	TAPPO PER STOMIA	TAPPO PER STOMIA	Tappo per stomia con adesivo, dotato di filtro antiodore. Sistema dispositivo di chiusura ad un pezzo, costituito da un tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante con filtro incorporato	30/ MESE
27	09.18.24.015	A10 VARI	MINISACCA PER STOMIA	MINISACCA POST IRRIGAZIONE PER STOMIA	Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato interno in TNT assorbente o altro materiale ipoallergenico. Può essere ritagliabile.	30
09.18.30 PROTETTORI DELLO STOMA E CUTE PERISTOMALE						
28	09.18.30.003	A1080	PASTA O POMATA PROTETTIVA	PASTA O POMATA PROTETTIVA AD AZIONE EMOLLIENTE E/O EUDERMICA	Pasta utilizzata per livellare e proteggere le cavità addominali e riempire pieghe e cicatrici per garantire miglior adesività tra placca e cute.	2
29	09.18.30.006	A1080	POLVERE PROTETTIVA	POLVERE PROTETTIVA PER ZONE PERISTOMALI	Polvere che facilita la guarigione della cute peristomale in presenza di lesioni e/o complianze.	2 (NON PIÙ DI 75 G)
30	09.18.30.009	A1080	SALVIETTE PER DETERSIONE	SALVIETTE PER DETERSIONE	Rilasciano una pellicola protettiva per le zone peristomali consentendone una adeguata detersione.	100
31	09.18.30.009	A1080	FILM PROTETTIVO	FILM PROTETTIVO SOTTO FORMA DI SALVIETTE O DI SPRAY	Rilasciano una pellicola protettiva per le zone peristomali che film viene rilasciato da un contenitore spray che la contiene o attraverso salviette.	2 pezz (non più di 100 salviette) o non più di 200 ml
32	09.18.30.012	A1080	PASTA SOLIDIFICATA	PASTA SOLIDIFICATA-ANELLO	Si presenta sotto forma di anello ad azione livellante riempitiva per superfici stomali irregolari.	1
33	09.18.30.012	A1080	PASTA SOLIDIFICATA	PASTA SOLIDIFICATA	Ad azione livellante e/o riempitiva per superfici stomali irregolari.	2
09.27. CONVOGLIATORI URINARI						
34	09.27.04.003	A06030301	SACCA URINA DA GAMBA MONOUSO	SACCA URINA MONOUSO DA GAMBA	Dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo di misure varie (da indicare nella prescrizione), dotata di valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT sul lato gamba, con o senza sistema antitorisione dotata di rubinetto di scarico.	30
35	09.27.05.006	A06030301	SACCA URINA DA GAMBA RIUTILIZZABILE	SACCA URINA DA GAMBA RIUTILIZZABILE	Dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo di misure varie (da indicare nella prescrizione), dotata di valvola antireflusso, con sistema antisciabordio, con o senza rivestimento in TNT sul lato gamba, con o senza sistema antitorisione dotata di rubinetto di scarico.	20
36	09.27.04.006	A06030301	SACCA URINA DA LETTO MONOUSO A FONDO CHIUSO	SACCA URINA DA LETTO MONOUSO A FONDO CHIUSO	Dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo e collegamento al catetere uretrale (o alla guaina esterna) di diversa lunghezza (da riportare nella prescrizione), indicazione prestampata del volume raccolto, valvola antireflusso che evita la risalita delle urine, limitando i rischi di infezione retrograda.	30

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MAX EROGABILE
37	09.27.05.003	A06030301	SACCA URINA DA LETTO RIUTILIZZABILE	SACCA URINA DA LETTO RIUTILIZZABILE CON RUBINETTO DI SCARICO	Dispositivo di capacità variabile, tubo di raccordo e collegamento al catetere uretrale (o alla guaina esterna) di diversa lunghezza (da riportare nella prescrizione), indicazione prestampata del volume raccolto, valvola antireflusso che evita la risalita delle urine, limitando i rischi di infezione retrogradae rubinetto di scarico, con raccordo cono catetere universale e capsula di copertura.	20
38	09.27.05.003	A06030301	SACCA URINA CIRCUITO CHIUSO	SACCA URINA DA LETTO STERILE A CIRCUITO CHIUSO	Sacca circuito chiuso in pvc neutro e trasparente, bordi con doppia saldatura, valvola antireflusso capacità 2000/2500 ml, graduate ogni 25 ml fino ai primi 100 ml e successivamente ogni 100 ml; dotate di sistema robusto, da appendere al letto con garanzia di stabilità, rubinetto di scarico, a perfetta tenuta, facilmente manovrabile; tubo lungo 120 cm circa, flessibile, senza memoria, raccordo cono-catetere universale e capsula di copertura; con camera di gocciolamento munita di filtro antibatterico idrofobico e punto di prelievo dei campioni di urina, tubo di scarico raccordabile con le sacche raccolta urina, in confezione singola sterile.	1
09.24.03 CATETERI VESCICALI A PERMANENZA (O Autostatici)						
39	09.24.03.003	U010201	CATETERE A PERMANENZA TIPO FOLEY a due vie con scanalature	CATETERE A PERMANENZA TIPO FOLEY A DUE VIE CON SCANALATURE	Dispositivi monouso in confezione singola sterile, in silicone puro 100%, con scanalature longitudinali lungo tutta la superficie esterna per favorire il deflusso delle secrezioni uretrali; indicato per assistito che necessitano di una superficie di contatto catetere /mucosa ridotta, con palloncino a pareti sottili (volume circa 10 ml), in doppia busta. Imbuti standard raccordabile con tutti i sistemi di raccolta urine. Il dispositivo deve adattarsi alle differenze anatomiche del collo della vescica; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alla conformazione e alle misure dell'assistito (in genere è presente codice a colori sulla valvola per l'individuazione immediata della misura limitando il rischio di errori).	1
40	09.24.03.003	U0199	CATETERE A PERMANENZA TIPO FOLEY IN PURO SILICONE 100% preconnesso a SACCA CIRCUITO CHIUSO	CATETERE A PERMANENZA FOLEY IN PURO SILICONE 100% PRECONNESSO	Dispositivo composto da: 1) sacca per urina sterile a circuito chiuso 100% scala graduata 100 ml, camera di gocciolamento con valvola di non ritorno, filtro antibatterico, valvola di scarico, rubinetto di svuotamento punto prelievo e dispositivo di fissaggio al letto, capacità di circa 2000 ml 2) catetere tipo foley in puro silicone 100%-trasparente-con scanalature longitudinali lungo tutta la superficie, con imbuto, a valvola speciale per cateterismo a lunga durata, due vie.	1
41	09.24.03.006	U010201	CATETERE A PERMANENZA FOLEY a due vie senza scanalature	CATETERE A PERMANENZA TIPO FOLEY A DUE VIE SENZA SCANALATURE (LATTICE)	Catetere vescicale a permanenza tipo foley in confezione singola sterile, in lattice con palloncino a pareti sottili (volume circa 10 ml), in doppia busta. Imbuti standard raccordabile con tutti i sistemi di raccolta urine. Il dispositivo deve adattarsi alle differenze anatomiche del collo della vescica; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alla conformazione e alle misure dell'assistito (in genere è presente codice a colori sulla valvola per l'individuazione immediata della misura limitando il rischio di errori).	2
42	09.24.03.006	U010201	CATETERE A PERMANENZA tipo FOLEY a due vie SENZA SCANALATURE (stratificato di silicone)	CATETERE A PERMANENZA TIPO FOLEY A DUE VIE SENZA SCANALATURE (STRATIFICATO DI SILICONE)	Catetere vescicale a permanenza tipo foley in confezione singola sterile tipo foley, in silicone – lattice – silicone, punta nelaton, con imbuto e valvola speciale per siringhe con raccordi Luer e Luer – Lock; punta radiopaca. palloncino di 5- 15 ml. Monouso, sterile, in doppia busta, lunghezza non inferiore a 35 cm.	2
09.24.06 CATETERI VESCICALI A INTERMITTENZA						
43	09.24.06.006	U01010501/ U01010502	CATETERE IN PVC con punta Nelaton	CATETERE IN PVC PUNTA NELATON	Catetere monouso in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma conica)	120
44	09.24.06.009	U01010501/ U01010601	CATETERE IN PVC con punta Tieman	CATETERE IN PVC PUNTA TIEMAN	Catetere monouso in PVC in confezione singola sterile con punta Tieman (leggermente ricurva)	120
45	09.24.06.103	U01010501/ U01010502	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE A BASE DI GEL	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE A BASE DI GEL	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE A BASE DI GEL: il gel di lubrificazione che favorisce l'introduzione e contiene il traumatismo può presentarsi adesivo alla superficie del catetere o incorporato nella confezione in una apposita camera separata (al momento dell'uso, si rompe il diaframma e il gel lubrifica il catetere).	120
46	09.24.06.203	U01010501/ U01010601	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO)	Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL'USO) in confezione singola sterile; la superficie idrofila va attivata prima dell'inserimento aggiungendo acqua o soluzione fisiologica (non inclusa nella confezione); le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	120
47	09.24.06.303	U01010501	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO IN PVP O ANALOGO MATERIALE (PRONTO ALL'USO)	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO IN PVP O ANALOGO MATERIALE (PRONTO ALL'USO)	Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO) in confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	120

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MAX EROGABILE
48	09.24.06.403	U01010501	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE A BASE DI GEL CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE A BASE DI GEL CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL'USO) in confezione singola sterile; il gel di lubrificazione può presentarsi già adeso alla superficie del catetere o incorporato nella confezione; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte sulla base delle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	120
49	09.24.06.503	U01010501	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	CATETERE AUTOLUBRIFICANTE IDROFILO CON SACCA GRADUATA DI RACCOLTA	In confezione singola sterile; nella confezione è già contenuta la soluzione acquosa per l'attivazione della superficie; le misure (lunghezza e calibro) e il tipo di punta devono essere scelte in base alle caratteristiche dell'assistito e riportate esplicitamente nella prescrizione prima di procedere all'acquisto.	120
50	09.21.18.003	U0780	LUBRIFICANTE PER CATETERISMO	LUBRIFICANTE PER CATETERISMO	Prodotto lubrificante da usare in abbinamento ai cateteri punta Tienam o Nelaton	1
51	09.24.06.603	U0780	CATETERE / TUTORE PER URETEROCUTANEOSTOMIA	CATETERE / TUTORE PER URETEROCUTANEOSTOMIA	Dispositivo in confezione singola sterile, trasparente, in poliuretano, silicone (o analoghi materiali che ne consentano l'uso per una lunga permanenza), con alette di bloccaggio e disco di fissaggio (per il posizionamento in situ), con foro centrale e fori di drenaggio posti lungo la superficie. La lunghezza (di solito, 25 cm) ed il diametro devono essere riportati in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto.	2
52	09.24.21.003	U070201	GUAINA IN MATERIALE IPOALLERGENICO	GUAINA IN MATERIALE IPOALLERGENICO	Dispositivo in materiale sintetico o in lattice, autocollante o con striscia adesiva o bi-adesiva; in genere, più sottile nella parte anteriore e con la punta rinforzata, l'attacco a raccordo deve adattarsi ad ogni tipo di sacca di raccolta dell'urina. La misura del diametro (18 - 40 mm, in genere) favorisce l'adesione e la funzione e deve essere riportata in dettaglio nella prescrizione specialistica prima di procedere all'acquisto.	60
MONOPEZZO COLOSTOMIA - ILEOSTOMIA - UROSTOMIA PEDIATRICO						
53	09.18.04.003	A100101	SISTEMA MONOPEZZO DA COLOSTOMIA PEDIATRICO		SACCA AD UN PEZZO FONDO CHIUSO PER COLOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitranspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. La barriera protettiva autoportante può essere ritagliata o modellabile.	60
54	09.18.07.003	A100101/02/03	SISTEMA MONOPEZZO DA ILEOSTOMIA PEDIATRICO		SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER ILEOSTOMIA Dispositivo dotato di filtro antiodore, barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico, con o senza aggancio per cintura; sul lato corpo, rivestimento antitranspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. Può essere o meno dotato di morsetto di chiusura e/o raccordo e/o chiusura integrata. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile.	90
55	09.18.07.006	A100103	SISTEMA MONOPEZZO DA UROSTOMIA PEDIATRICO		SACCA AD UN PEZZO FONDO APERTO PER UROSTOMIA Dispositivo dotato di barriera protettiva autoportante in idrocolloidi o anello protettivo (in gomma naturale Karaya o diverso materiale) e/o supporto adesivo microporoso e ipoallergenico con o senza aggancio cintura; sul lato corpo, rivestimento antitranspirante (in TNT o analogo materiale ipoallergenico opaco o trasparente) e sul lato esposto, rivestimento in materiale opaco o trasparente e/o con apertura ispezionabile, sistema antireflusso (valvola o doppia camera). La sacca per urostomia deve essere dotata di un sistema di scarico raccordabile al raccoglitore da gamba o da letto, con o senza cintura di fissaggio. Il sistema di scarico può essere con rubinetto o a scomparsa o a vista. Il sistema di svuotamento deve essere facile da usare, sicuro ed efficace nel prevenire eventuali fuoriuscite. La barriera protettiva autoportante può essere pretagliata o ritagliabile o modellabile.	30
56	09.31.06.003	G99	TAMPONE ANALE AD ESPANSIONE	TAMPONE ANALE AD ESPANSIONE	Ausilio in schiuma di poliuretano, porosa, che consente il deflusso dei gas ed il trattenimento delle feci, dotato di una fettuccia di garza per favorire l'estrazione.	30
57	09.31.06.003	Z120785	IRRIGATORE ANALE di tipo elettronico : SET COMPLETO	IRRIGATORE ANALE a pressione e velocità costante con unità di tipo elettronico : SET COMPLETO	Dispositivo per l'irrigazione transanale del colon che consente la completa gestione delle funzioni intestinali in caso di incontinenza fecale , costipazione cronica e/o lunghe procedure di gestione intestinale composto da unità di controllo ELETTRONICA , cateteri , sacca per l'acqua, eventuali set di tubi e/o altri accessori. Tipologia adulto e pediatrico.	1 ogni due anni

Azienda Sanitaria Unica Regionale
 Capitolato tecnico per appalto fornitura di ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale
 Consultazione preliminare di mercato

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ MAX EROGABILE
58	09.31.06.009	G020199	IRRIGATORE ANALE : CATETERI MONOUSO	IRRIGATORE ANALE : CATETERI MONOUSO compatibile con irrigatore lotto 57	Cateteri rettali lubrificati monouso per lavaggio gastrointestinale.Tipologia adulto e pediatrico.	15 PZ AL MESE
59		G020199	SET DI TUBI PER IRRIGATORE ANALE	SET DI TUBI PER IRRIGATORE ANALE compatibile con irrigatore lotto 57	Set di tubi composto da tubo per l'aria e tubo per l'acqua.Tipologia adulto e pediatrico.	
60		Z120785	SET DI ACCESSORI DI RICAMBIO	SET DI ACCESSORI DI RICAMBIO compatibile con irrigatore lotto 57	Set composto da 1 sacca per l'acqua e 15 cateteri rettali.Tipologia adulto e pediatrico.	
61	09.31.06.003	Z120785	IRRIGATORE ANALE : SET COMPLETO	IRRIGATORE ANALE : SET COMPLETO	Dispositivo per l'irrigazione transanale del colon che consente la completa gestione delle funzioni intestinali in caso di incontinenza fecale , costipazione cronica e/o lunghe procedure di gestione intestinale composto da unità di controllo , cateteri, sacca per l'acqua,eventuali set di tubi e/ o altri accessori.Tipologia adulto e pediatrico.	2 PZ/ ANNO
62	09.31.06.009	G020199	IRRIGATORE ANALE : CATETERI MONOUSO	IRRIGATORE ANALE : CATETERI MONOUSO compatibile con irrigatore lotto 60	Cateteri rettali lubrificati monouso per lavaggio gastrointestinale.Tipologia adulto e pediatrico.	15 PZ AL MESE
63		Z120785	SET DI ACCESSORI DI RICAMBIO	SET DI ACCESSORI DI RICAMBIO compatibile con irrigatore lotto 60	Set composto da 1 sacca per l'acqua e 15 cateteri rettali.Tipologia adulto e pediatrico.	

LOTTO	Cod. ISO DPCM del 12/01/2017	CODICE cnd	TITOLO LOTTO	AUSILIO-TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	indicazione d'uso
64	09.18.07.006	A100199	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE NON STERILE	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE NON STERILE	Sacca trasparente, monouso, graduata o non, dotata di rubinetto di scarico chiuso o chiusura integrata o raccordo. Barriera protettiva autoportante idrocolloide o anello protettivo o supporto microporoso ipoallergenico	per fistole, drenaggi, ferite chirurgiche, e stomiew difficili o con effluenti abbondanti
65	09.18.07.006	A100199	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI MINI	Sacca trasparente, monouso, graduata o non, dotata di rubinetto di scarico chiuso o chiusura integrata o raccordo. Barriera protettiva autoportante idrocolloide o anello protettivo o supporto microporoso ipoallergenico	per fistole, drenaggi, ferite chirurgiche, e stomiew difficili o con effluenti abbondanti
	09.18.07.006	A100199	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI MEDIUM	Sacca trasparente, monouso, graduata o non, dotata di rubinetto di scarico chiuso o chiusura integrata o raccordo. Barriera protettiva autoportante idrocolloide o anello protettivo o supporto microporoso ipoallergenico	per fistole, drenaggi, ferite chirurgiche, e stomiew difficili o con effluenti abbondanti
	09.18.07.006	A100199	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI	SACCA PER DRENAGGIO E FISTOLE STERILI LARGE	Sacca trasparente, monouso, graduata o non, dotata di rubinetto di scarico chiuso o chiusura integrata o raccordo. Barriera protettiva autoportante idrocolloide o anello protettivo o supporto microporoso ipoallergenico	per fistole, drenaggi, ferite chirurgiche, e stomiew difficili o con effluenti abbondanti
SISTEMA POST OPERATORIO						
66		A1099	SISTEMA DUE PEZZI POST OPERATORIO - PLACCA		Placca piana o convessa in idrocolloide o altro materiale ritagliabile, pretagliata o modellabile	dispositivo applicabile nell'immediato post operatorio, deve garantire la protezione della cute, la tenuta e l'adattabilità allo stoma, facile da rimuovere
67		A100299	SISTEMA DUE PEZZI POST OPERATORIO - SACCA		Sacca priva di filtro, trasparente dotata di morsetto o apposito rubinetto, , valvola di scarico con raccordo integrato universale per sacca di raccolta pratico e sicuro per drenaggio continuo. Può essere chiuso con tappo incorporato.	
68		A1099	SET/KIT POST OPERATORIO STERILE		Set post operatorio sterile per colo e ileo stomia comprensivo di placca e sacca con sistema aggancio adesivo o non , sacca di raccolta trasparente a fondo aperto con morsetto di chiusura e bacchetta	dispositivo applicabile nell'immediato post operatorio, deve garantire la protezione della cute, la tenuta e l'adattabilità allo stoma, facile da rimuovere
69		A1001	SACCA MAXI PER ILEO + COLOSTOMIA		Sacca non sterile di raccolta raccordabile mediante collettore a sistema post operatorio (placca +sacca monopezzo) Il collettore deve essere ritagliabile ed avere una lunghezza 1,5 metri- il dispositivo deve permettere la raccolta di effluenti liquidi per pazienti allettati e deve avere una capacità di circa 2 litri	il dispositivo deve permettere la raccolta di effluenti liquidi per pazienti allettati
70		A100199	SACCA MONOPEZZO POST OPERATORIO STERILE		Dispositivo monopezzo sterile trasparente sul lato anteriore senza filtro antiodore con raccordo e/o rubinetto e/o chiusura integrata e/o morsetto, valvola di scarico, barriera protettiva autoportante in materiale idrocolloide o altro materiale ipoallergenico con o senza oblò. Dotata di uno scarico morbido e ampio e raccordabile con sacche da letto /gamba	Il dispositivo deve essere applicabile nell'immediato post operatorio e deve garantire la protezione della cute, l'adattabilità allo stoma , facile da rimuovere.
71		A100199	SACCA MONOPEZZO POST OPERATORIO NON STERILE		Dispositivo monopezzo sterile trasparente sul lato anteriore senza filtro antiodore con raccordo e/o rubinetto e/o chiusura integrata e/o morsetto,, valvola di scarico, barriera protettiva autoportante in materiale idrocolloide o altro materiale ipoallergenico con o senza oblò. Dotata di uno scarico morbido e ampio e raccordabile con sacche da letto /gamba	Il dispositivo deve essere applicabile nell'immediato post operatorio e deve garantire la protezione della cute, l'adattabilità allo stoma , facile da rimuovere.
72		A1080	BACCHETTE PER STOMIA		Bacchette per stomia	Il dispositivo viene utilizzato come sostegno al fine di evitare la retrazione della pelle e per garantire il sostegno delle stomie laterali