

AREA AMMINISTRATIVA



**U.O.C. Acquisti e Logistica**

Direttore dr. Fulvio DE CICCO  
Via Zeppilli, 18 - Fermo  
Tel: 0734 625 2859 Fax: 0734 625 2830  
email: acquistilogistica.av4@sanita.marche.it

**OGGETTO:** Chiarimento del 24/08/2020

- Domanda 1:  
Considerato che
  - a. la modalità con cui avete strutturato il capitolato renderebbe l'esito di un'eventuale procedura scontato in quanto esiste un unico operatore economico in grado di rispondere all'insieme di requisiti minimi da Voi espressi nel art. 2.2 Requisiti specifici del Robot chirurgico (sub-lotto 1) e Art. 2.3 Requisiti specifici del materiale di consumo (sub-lotto 2).
  - b. per questo tipo di tecnologie il materiale di consumo (vs sub-lotto 2) deve essere prodotto dallo stesso produttore del sistema robotico, l'esercizio del riscatto del sistema da Voi previsto alla conclusione del contratto chiuderà il mercato per il materiale di consumo in una situazione di lock-in tecnologico su un arco temporale indefinito che verrà esteso anche ad eventuali servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria inclusi ora nel contratto di Full Risk.  
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
    1. Quali sono gli obiettivi clinici e funzionali che la Stazione Appaltante si pone di raggiungere acquisendo un sistema di chirurgia robotica?
    2. Quanti team chirurgici ritenete necessario formare per effettuare i casi da voi definiti? Questa informazione è fondamentale per effettuare una stima puntuale dei costi.
    3. Quali sono e come vengono suddivisi gli interventi chirurgici che pianificate di effettuare nei 5 anni di contratto?
      - 1° anno circa 100 casi
      - 2° anno circa 200 casi
      - 3° anno circa 300 casi
      - 4° anno circa 400 casi
      - 5° anno circa 500 casiQuesta informazione è fondamentale per effettuare una stima puntuale dei costi
    4. Quale sia la disponibilità da parte della Vs. amministrazione a valutare una concreta apertura alla concorrenza strutturando la procedura in un'ottica competitiva, ovvero rivedendo le specifiche tecniche escludenti per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa?
- Risposta 1:
  - (1) I principali obiettivi clinici e funzionali che la Stazione appaltante intende perseguire acquisendo il sistema di chirurgia robotica in oggetto riguardano il miglioramento e l'ampliamento delle prestazioni chirurgiche offerte, grazie alla possibilità di eseguire interventi in modalità del tutto mininvasiva (con i numerosi benefici che ne conseguono), operando anche su target anatomici difficilmente accessibili con altre tecniche chirurgiche, aumentando al contempo l'ergonomia degli operatori e garantendo un elevato livello di sicurezza ed affidabilità. Il tutto in considerazione, altresì, della volontà di adeguamento del contesto rispetto agli standard tecnologici e funzionali più all'avanguardia allo stato attuale.
  - (2-3) La finalità della consultazione preliminare di mercato non è quella di consentire ai candidati di formulare un'offerta economica puntuale; bensì l'acquisizione, a beneficio dei progettisti incaricati, di tutte le informazioni tecniche ed economiche utili ai fini della redazione della documentazione di gara



finale nonché all'individuazione della procedura di gara idonea. Pertanto le informazioni richieste ai punti 2 e 3, peraltro non ancora disponibili in via definitiva, non possono considerarsi pertinenti.

(4) La stesura del capitolato tecnico per la consultazione di mercato preliminare è stata effettuata tenendo conto degli obiettivi che la Stazione appaltante intende perseguire con l'acquisizione in oggetto e delle principali esperienze note ad oggi nel panorama nazionale. Ciò non preclude la disponibilità a valutare eventuali proposte alternative, fatta salva la doverosa valutazione di equivalenza tecnica in relazione al primario interesse circa il perseguimento del pubblico interesse nel raggiungimento degli obiettivi suddetti.

Il RUP Dott. Fulvio De Cicco